
Gangstativ Beta

Art.-nr.: 122200, 122210, 122220

Tilsigtet anvendelse: Gangstativ Beta er et selvstændigt ganghjælpemiddel beregnet til brug af personer med nedsat mobilitet, balanceforstyrrelser eller gangbesvær.



Produktvarianter

Model	Art.-nr.	Højde	Maksimal brugervægt
Gangstativ Beta Voksen	122200	85-97 cm	120 kg
Gangstativ Beta Junior	122210	73-85 cm	120 kg
Gangstativ Beta Kids	122220	60-72 cm	70 kg

Tekniske data

- Materiale: aluminium, miljøvenlig PVC (håndtag), gummi (dupsko)
- Forventet levetid er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Levetiden kan forlænges gennem regelmæssig inspektion og vedligeholdelse udført af kvalificeret personale.
- Opbevaring: Stuetemperatur
- Genanvendelse og affald: Metalskrot, emballage består af bølgepap. Sorteres efter lokale anvisninger.

Reservedele

- Dupsko 19-20 mm (120750)
- Håndtag til Beta (12220018)

Sikkerhedsinstruktioner

- Produktet er designet til at blive brugt i henhold til instruktionerne og er kun beregnet til indendørs brug på flade overflader. Swereco er ikke ansvarlig for skader eller problemer, hvis produktet bruges, ændres eller håndteres på en måde, der ikke overholder denne brugsanvisning.
- Kontroller regelmæssigt, at højdejusteringsstifterne springer tilbage. Hvis der er tegn på, at højdejusteringen ikke fungerer korrekt, skal produktet straks tages ud af brug og sendes til eftersyn/service.
- Sørg for, at alle fire ben er i kontakt med underlaget under belastning og bevægelsesflytning. Gangstativet må ikke bruges på tæpper, der kan glide.
- Kontroller regelmæssigt, at støttefødderne (dupsko) ikke er slidte eller beskadigede. Beskadigede og slidte støttefødder skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Swereco.
- Produktet må ikke anvendes, hvis der er nogen skade på aluminiumsrørene, såsom revner, deformationer eller klemte sektioner, eller hvis der opdages andre skader på gangstøtten.
- Produktet må ikke belastes med genstande som tøj, tasker eller lignende.
- Produktet bør ikke bruges som legetøj.
- Når du bevæger dig over tærskler, skal du være opmærksom på, at gangstativet skal løftes over tærsklen, og at alle fire ben skal sænkes ned på gulvet på samme tid.
- Den ordinerende skal foretage en risikovurdering af det brugermiljø, hvori produktet skal anvendes.
- Produktet bør ikke bruges på våde overflader på grund af risikoen for at glide.
- Håndtaget bør ikke dreje rundt under normal brug. Der kan dog forekomme en vis bevægelse. Hvis håndtaget drejer rundt, når du griber om gangstativet, bør produktet ikke bruges.
- Hvis der opstår farlige situationer eller mistanke om funktionsfejl, skal dette straks anmeldes til producenten og i tilfælde af alvorlige hændelser også til den relevante myndighed i henhold til gældende regler.

Rengøring og desinfektion

- Rengør produktet regelmæssigt med en mild sæbeopløsning (pH 5-9) eller 70 % isopropanol. Brug ikke ethanol, da det kan beskadige plastdelene.
- Produkterne skal desinficeres mellem hver bruger, hvilket inkluderer en fuldstændig inspektion og udskiftning af slidte eller beskadigede dele. Desinficer efter behov produktet i dertil beregnet desinfektionsudstyr ved 85 °C i mindst 3 minutter for at sikre hygiejnisk brug.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240


IFU 2024-10 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside, under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/4-punktsstod/gabockar-gastativ

Brugervejledning

Sørg for, at benene er indstillet til den passende højde for brugeren, alle fire ben skal være lige belastede under brug.
Før du udfører højdejustering, skal du sørge for, at gangstøtten står på en plan overflade. Bemærk: Gangstøtten er kun beregnet til indendørs brug!

Til højdejustering:

1. Tryk højdejusteringsstiften på benet ind, og juster højden ved at forkorte eller forlænge nederste del af benet.
2. Stop i den passende højde, og sørg for, at højdejusteringsstiften springer tilbage igen gennem hullet.
3. Udfør den samme højdejustering af de øvrige ben, og kontroller, at gangstativet står plant på gulvet.
4. Kontroller, at støttefødderne ikke er beskadigede eller slidte før brug. Beskadigede/slidte støttefødder skal udskiftes med nye.



LOT Produktets batchnummer

Produktets udløbsdato

REF Produktets artikelnummer

MD Produktet er et medicinsk udstyr

Maksimal brugervægt ved brug af produktet

CE Produktet er CE-mærket i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745

Se brugsanvisningen

Producent

EUDAMED SRN SE-MF-000033314

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-10 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside, under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/4-punktsstod/gabockar-gastativ